



EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 02/2019

1. A AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente, inscrita no CNPJ/MF 60.979.457/0001-11, por meio da sua Comissão Especial de Licitação torna público para os interessados que realizará licitação por Cotação Prévia de Preços para aquisição de Equipamento para hospital, tipo menor preço por item, sendo que até as 17h, do ultimo dia do encerramento do recebimento das propostas na plataforma SICONV, procederá ao recebimento do e-mail contendo documentação e proposta de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em conformidade com as condições e exigências contidas nesse edital:

2. OBJETO DA CONVOCAÇÃO GERAL

2.1. Objetiva a contratação de empresa para fornecimento de **1 (uma) unidade de autoclave 560L e 7 (sete) unidades de cama hospitalar tipo fawler elétrica.**

Especificações técnicas:

AUTOCLAVE

- ✓ Autoclave Horizontal à Vapor - mínimo 560 Litros – com sistema de bomba de vácuo a seco (sem água)
- ✓ Equipamento com estrutura construída com perfis tubulares de aço inox AISI 304, conforme Norma Brasileira da ABNT NBR 11816:2003;
- ✓ Painéis externos confeccionados em chapa de aço inox AISI 304 com acabamento tipo escovado
- ✓ Com opção para posicionamento direito ou esquerdo da câmara de esterilização;
- ✓ Câmara interna construída em chapas de aço inox AISI 316Ti de 8mm de espessura e estrutura de reforço, acabamento interno polido espelhado;
- ✓ Jaqueta/câmara externa fabricada com chapa de Aço Inox AISI 316Ti,
- ✓ Equipamento com câmara projetada para mínimo 3,5 BAR de pressão relativa, com válvula de segurança em aço inox AISI 316 calibrada e lacrada;
- ✓ Parte frontal da câmara de esterilização construída em um bloco único com as guarnições;
- ✓ Câmara interna com entradas para sensores de qualificação sendo uma conexão independente para entrada de sensores de temperatura e uma conexão para sensor de pressão;

Emanuel Salvador Toscano
Superintendente de Operações
AACD

IVAN CATRINACHO
GERENTE DE
SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chermas Dib
Advogada - AACD

Alexandre Peix Melo
Gerente de Operações


SILVIO CESAR INACIO
Engenharia Clínica
AACD

LEIA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos



- ✓ Porta com fechamento automático através de sistema pneumático, com sistema de segurança anti-esmagamento;
- ✓ Sistema eletrônico para abertura automática da porta em caso de obstrução;
- ✓ Sistema de bloqueio de abertura simultânea das duas portas;
- ✓ Guarnição das portas em silicone auto lubrificante, com sistema de injeção de ar comprimido para pressurização e despressurização a vácuo;
- ✓ Controlador eletrônico programável para o controle do ciclo, controle dos parâmetros, verificação da segurança do processo e garantia da repetibilidade do ciclo no tempo;
- ✓ Monitoração da temperatura através sonda PT100 Classe A para registro e controla o processo, leitura de pressão por transdutor de pressão digital na câmara interna para registro e controle do processo;
- ✓ Monitor Touch Screen colorido mínimo 7" para indicação das fases dos ciclos, alarmes, mensagens, F0, manutenção programada, limpeza automática do gerador de vapor, regulagem das sondas de temperatura, transdutores de pressão, visualização em tempo real das temperaturas e pressões de trabalho do equipamento, calibração das sondas de temperatura, transdutores de pressão, acompanhamento em tempo real do desenvolvimento do gráfico do ciclo de esterilização em andamento, possibilitar toda a operação, visualização e controle dos ciclos de esterilização, ligado diretamente ao sistema de controle para visualização de todas as condições de esterilização e pré-aquecimento;
- ✓ Impressora para registrar data, hora, F0, começo e fim de um ciclo, diagrama pressão/temperatura e todos os parâmetros fundamentais de esterilização;
- ✓ Alarme Falta da água, Falha de energia, Tempo máximo de fase, Pressão de Emergência, Temperatura de Emergência, Disjuntor Térmico, Erro de comunicação, Porta Aberta, Vapor não Saturado, Mínima Temperatura de Esterilização, entre outros;
- ✓ Controle dos ciclos com F0;
- ✓ Senha para mudar os parâmetros dos ciclos;
- ✓ Sistemas de aquecimento através de Gerador de vapor autônomo incorporado, construído inteiramente em aço inox AISI 316 isolado e revestido com chapas de alumínio, 4,0 BAR de pressão relativa, com resistências elétricas de aço inox AISI 316 blindadas;
- ✓ Sistema hidráulico totalmente construído em aço inox AISI 316L, conforme Norma Brasileira da ABNT NBR 11816:2003;
- ✓ Sistema de Bomba de vácuo a seco, sem água;
- ✓ Condensador de vapor localizado logo após o dreno da câmara até a bomba de vácuo; para realizar um resfriamento do líquido eliminado pela autoclave;



IVAN CATRINÁCHO
GERENTE DE
SUPRIMENTOS



Dra. Fernanda Chaves Dib
Advogada - AACD


Alexandra Reis Melo
Gerente de Operações


Emanuel Salvador Travençolo
Superintendente de Operações
AACD


SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD


LEILA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos



- ✓ Equipamento permite programar a temperatura da jaqueta na fase, a temperatura de aquecimento, rampa de temperatura em função do tempo, rampa de pressão, tempo de aquecimento para manutenção do set de aquecimento;
- ✓ Manutenção programada para os principais componentes, controlada pela máquina, com visualização através do Monitor;
- ✓ Tela de comando Touch Screen mínimo 7", instalado no lado de descarga da Autoclave;
- ✓ Dispositivo para redundância de segurança, para evitar a abertura da porta quando há pressão na câmara do equipamento;
- ✓ Acessórios inclusos: Carro externo de transporte em aço inox (02 unidades) – Carro interno em aço inox para carga(02 unidades) – Cesto modular compatível, em aço inox, para acondicionamento da carga (mínimo 16 unidades);
- ✓ Alimentação elétrica 220V/60HZ/Trifásico
- ✓ Período de garantia, preferencialmente 02 anos, pelo fabricante
- ✓ Manual do usuário em Português
- ✓ Treinamento operacional
- ✓ Registro Anvisa

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA

- ✓ Cama Elétrica Hospitalar com 4 motores (DC), com leito construído em aço e superfície com pintura eletrostática, com acabamento em pintura epóxi e tratamento anti ferrugem;
- ✓ Com cabeceira, peseira e grades laterais bipartidas confeccionadas em material termoplástico sem espaço entre as mesmas para que o paciente não possa sair do leito;
- ✓ Estrado articulado e subdividido em 4 seções, leito com variação da altura do estrado do leito entre abaixada, menor ou igual a 47 cm e elevada maior ou igual a 77 cm;
- ✓ Capacidade para pacientes com peso de no mínimo 200 kg;
- ✓ Medida interna da cama: largura máxima 90 cm e comprimento máximo 200 cm, a distância entre a parede e a cama deve permanecer a mesma quando elevar o Fowler – costas;
- ✓ Movimentos elétricos: Trendelenburg e reverso mínimo de +/-12 graus, elevação de joelhos/pernas até 25 graus, elevação de Fowler não inferior a 65 graus;
- ✓ Possuir posição vascular com ajuste manual para elevação dos pés;
- ✓ Possuir posição de cadeira cardíaca acionada através de controle elétrico;

Ivan
IVAN CATRINACHO
GERENTE DE
SUPRIMENTOS

Fernanda
Dra. Fernanda Chermas Dib
Advogada - AACD


Alexandre
Alexandre Reis Melo
Gerente de Operações

Emanuel
Emanuel Salgado Tenório
Superintendente de Operações
AACD

Silvio
SILVIO CESAR NÁCIO
Engenheiro Clínica
AACD

[Handwritten signature]

Lea Soares
Lea Soares
Coordenadora de
Suprimentos



- ✓ Cabeceira e peseira removíveis com função de tábua para massagem cardíaca;
- ✓ Controles elétricos de todas as funções do leito, áreas de pega vazadas na cabeceira e na peseira para a proteção das mãos durante o transporte da cama evitando o risco de acidente;
- ✓ Controle com teclado de membrana blindados localizados nas duas grades laterais do dorso para elevar/baixar Fowler, joelhos, base do leito e na parte externa da grade de proteção;
- ✓ Controle de subida/descida do Fowler e joelhos localizado na parte interna da grade de proteção, para controle do paciente;
- ✓ Possuir teclado de comando para o paciente, sem acesso ao movimento de altura da cama, para maior segurança;
- ✓ Possuir comando de bloqueio dos movimentos pela equipe assistencial, no lado externo das grades superiores;
- ✓ Possuir movimentos elétricos acionados por um único comando (Cabeceira, joelho, trendelemburg, reverso, altura);
- ✓ Suportes para bolsas coletoras;
- ✓ 04 soquetes para suporte de soro;
- ✓ Posição pré-programada através de um único botão em qualquer posição que o leito estiver para sistema de emergência para posição rápida de cardiopulmonar (CPR) e Alavanca de CPR, localizada abaixo da cabeceira nas duas laterais da cama, para destravamento mecânico (parada cárdio respiratória) que permita que a cama fique na posição horizontal, com resposta rápida para procedimentos de emergência (quanto mais rápido melhor);
- ✓ Movimento de articulação dos joelhos acionado automaticamente no momento da elevação das costas, para que o paciente não deslize. Apoiada sobre quatro rodízios mínimo de 12 cm de diâmetro, freio mestre com travamento das 4 rodas, com travamento angular para facilitar a dirigibilidade da cama no transporte; com opção de acionamento de posições de bloqueio total, direção e movimento livre;
- ✓ Protetores contra impactos nos quatro cantos da cama, alimentação 127V ou Bivolt - 60Hz (com fusível de proteção) e acionamento dos movimentos no caso de falta de energia elétrica da rede através de bateria interna selada recarregável, com alarme de bateria baixa;
- ✓ Dimensões: comprimento total 215 cm (+/- 5%), largura com grades abaixadas ou elevadas menor que 100 cm;
- ✓ Indicador de ângulo de cabeceira embutido nas grades superiores em ambos os lados, com ênfase nos ângulos de 30 e 45 graus;
- ✓ Indicador de ângulo de Trendelemburg/reverso embutido nas grades inferiores em ambos os lados;

LEIA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos


WAIWAI CATRINACHIO
GERENTE DE
SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Fernandes Dib
Advogada - AACD

Alexandra Peis Melo
Gerente de Operações

Emanuel Salvador Thompson
Superintendente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INACIO
Engenharia Clínica
AACD



- ✓ Acionamento das grades com amortecimento através de pistão;
- ✓ Colchão de espuma monodensidade de alta qualidade;
- ✓ Cortes da Articulação/Contorno na base da espuma; anti-microbiano
- ✓ Capa de Poliuretano;
- ✓ Com Capa de proteção durável;
- ✓ Espuma e Capa Bacteriostáticas; sem partes salientes, impermeável a líquido e isento de látex;
- ✓ Acompanha suporte de soro, manual de utilização e manual técnico com relação de peças para reposição;
- ✓ A cama deverá ter possibilidade de Instalação de Quadro Balcânico e Trapézio.
- ✓ A cama deverá atender a ABNT IEC 60601-2-52:2013.
- ✓ Deverá possuir classificação de proteção IPX4
- ✓ Vida útil declarada da cama deverá ser preferencialmente de 10 anos
- ✓ Garantia mínima 01(um) Ano
- ✓ Deverá possuir registro Anvisa

RESUMO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- ✓ Comprimento total: 215 cm (+/- 5%)
- ✓ Largura total: Máximo 100 cm
- ✓ Comprimento do Estrado: 190 cm (+/- 5%)
- ✓ Largura do estrado: Máximo 90 cm
- ✓ Carga Segura de Trabalho: 200 Kg
- ✓ Altura mínima : 47 cm;
- ✓ Altura máxima : 80 cm
- ✓ Ângulo de cabeceira: 0° a 65°
- ✓ Ângulo de joelhos: 0° a 25°
- ✓ Trendelemburg/Reverso: -12° para +12°
- ✓ Rodas mínimas: 12,5 cm
- ✓ Tensão: 127V ou Bivolt - 60Hz (com fusível de proteção)

a) As dúvidas, informações ou outros elementos necessários ao perfeito entendimento do presente Edital deverão ser dirimidos somente pela Comissão Especial de Licitação, mediante solicitação por escrito, encaminhado ao e-mail cotacaodeverbaspublicas@aacd.org.br ou pelo telefone (11) 5576-0866, com Cristiane até 02 (dois) dias úteis antes da data de recebimento da documentação.

2.2. A não solicitação de informações complementares por parte do proponente implicará na tácita admissão que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes.

Coordenadora de Suprimentos

IVAN CATRINACHO
GERENTE DE SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chaminas Dib
Advogada AACD

Alexandre Reis Melo
Gerente de Operações

Emanuel Salvador Toscano
Superintendente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD



3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Somente poderão participar do presente chamamento público as empresas regularmente estabelecidas no País que satisfaçam integralmente as condições desse Edital.

3.2. A participação na presente cotação prévia de preços – Edital nº 02/2019 importa na irrestrita aceitação das condições estabelecidas nesse Edital, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo e do integral cumprimento do ajuste.

3.3. As empresas deverão enviar os seguintes documentos, relacionados abaixo, para serem habilitados, avaliados e aprovados:

3.4. Cópia do contrato social ou estatuto e ata de posse da atual diretoria da Instituição registrada na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações, e últimas atualizações.

3.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

3.6. Cópias das certidões negativas de débito do INSS, FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Receita Federal, Tributos Mobiliários e Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal.

3.7. Declaração que possui Assistência Técnica Autorizada/Credenciada no mesmo local (cidade) de instalação;

3.8. Declaração de Capacidade Técnica, de instituições de referência no mercado, preferencialmente do mesmo local (cidade) de instalação.

Não poderão participar desta licitação:

- Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;
- Empresas em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas para tal;

Coordenadora de Suprimentos


IVAN DA TRINDADE
GERENTE DE SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chammás Dib
Advogada AACD

Alexandra Reis Melo
Gerente de Operações

Emanuel Salvadori Thomaz
Superintendente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INACIO
Engenharia Clínica
AACD



- d) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta Cotação Prévia de Preços, conforme art. 29 inc. II da lei 8.666/93;
- e) Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

4. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

4.1. A documentação e a proposta de cada licitante deverão ser enviadas por e-mail cotacaodeverbaspublicas@aacd.org.br aos cuidados de Cristiane, sob pena de desqualificação, contendo:

4.2. Os interessados em participar do presente chamamento público deverão enviar proposta até 17h, do 5º dia corrido da inclusão deste Edital na Plataforma Siconv, no e-mail citado no item 4.1, para Departamento de Compras, contendo a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO prevista no item 3 (DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO). As propostas enviadas por e-mail deverão ser sinalizadas conforme abaixo;

4.2.1. O nome ou denominação da empresa.

4.2.2. Edital nº 02/2019

4.3. Uma vez encerrado o prazo para o recebimento dos e-mails, nenhum outro documento será aceito, nem serão permitidos quaisquer esclarecimentos ou acréscimos espontâneos dos licitantes ao material apresentado.

4.4 As propostas recebidas pelo e-mail serão analisadas no próximo dia útil do encerramento do edital na plataforma Siconv às 10 horas. Sendo que a Comissão de Licitação verificará se o participante preenche os requisitos para habilitação e escolhido o vencedor do certame pelo menor preço desde que atenda as especificações contidas no item 2 (OBJETO DA CONVOCAÇÃO GERAL).

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. As licitantes deverão apresentar todos os documentos constantes nos itens 3.1 a 3.8, por e-mail sob pena de não serem habilitados e não terem suas propostas analisadas.

5.2. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por justo motivo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Coordenadora de Suprimentos

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS


IVAN CARVALHO
GERENTE DE SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chammás Dib
Advogada - AACD

Alexandra Reis Melo
Gerente de Operações

Emanuel Salvador Toscano
Intendente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INACIO
Engenharia Clínica
AACD



6.1. A proposta deverá ser apresentada por e-mail com identificação da empresa proponente, sendo necessária a elaboração de uma proposta para o objeto do presente edital, constando:

6.1.1. Descrição do produto ofertado, conforme especificações constantes no item 2.1 desse Edital.

6.1.2. Preço unitário por item cotado.

6.1.3. As empresas licitantes deverão enviar apenas uma cotação. Não serão aceitas opções de preços. Todos os tributos são de responsabilidade da Proponente.

6.2. Para o julgamento das propostas será utilizado o critério do **menor preço por item**, desde que satisfeitas todas as características do objeto contidas e exigências do item 3 desse Edital, com aval da Comissão de Licitação.

6.3. Serão desclassificadas propostas:

a) que não atendam as exigências contidas nesse edital;

b) apresentem preços inexequíveis;

c) ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, que contrariem no todo ou em parte o presente Edital.

6.4. Havendo empate entre duas ou mais propostas, terá preferência a microempresa ou empresa de pequeno porte, caso ambas sejam ou nenhuma, a classificação será feita por sorteio.

6.5. A empresa vencedora será notificada por e-mail e terá prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento das vias do contrato, para assinatura – Anexo I do presente Edital.

7. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1. O prazo de entrega da autoclave (1 unidade) e cama hospitalar tipo fawler elétrica (7 unidades) será de até **120 dias corridos**. Esse prazo começa a contar após a assinatura do contrato. No caso de atraso na entrega sem a devida justificativa serão aplicadas as sanções contratuais – Anexo I.

7.2. O local da entrega dos equipamentos será na Rua Pedro de Toledo, nº 1620 – Vila Clementino – São Paulo – SP, de segunda a sexta, das 8:00 às 16:30 horas, correndo por conta da empresa vencedora as despesas de embalagem, seguros,

IVANI PATRINACHO
GERENTE DE
SUPRIMENTOS


Dra. Fernanda Chammas Dib
Advogada - AACD

Alexandra Reis Melo
Gerente de Operações

Emanuel Salvarick Tronci
Superintendente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD

TEIXEIRA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos



transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes desse fornecimento.

8. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. A contratação será formalizada mediante termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo I do presente Edital.

8.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 dias corridos a contar da assinatura, com possibilidade de prorrogação, se houver caso fortuito e força maior.

9. DA DESPESA

9.1. Os recursos para custear as despesas descritas nesse termo ocorrerão por conta do Convênio nº 869688/2018.

10. DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O recurso será liberado após apresentação de ofício com homologação do processo licitatório ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/SP no Portal de Convênios – SICONV, por parte dessa Instituição, conforme disposto no Art. 41, Inciso II, alínea “b” da Portaria Interministerial nº 424/2016.

10.2. O pagamento será feito após liberação do recurso, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente aceita, com emissão dentro do mês, através de transferência entre contas ou TED em até 28 (vinte e oito) dias, em nome da empresa e CNPJ da empresa contratada o CNPJ deve ser idêntico ao do vencedor do certame e constante do contrato, serão consideradas diferentes e não serão aceitas Notas Fiscais com CNPJ de filiais), após a verificação da conformidade dos materiais pelo setor competente.

10.3. A Contratada deverá emitir nota fiscal, sempre que solicitado pela Contratante, contendo:

- a) número do contrato;
- b) número do convênio;
- b) número do processo.

Informações serão repassadas à Contratada, após a assinatura do contrato.


LEIA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos

Dra. Fernanda Chammas Dib
Advogada - AACD

Alexandra Peixoto
Gerente de Operações

Emanuel Salvador Toscano
Superintendente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD



11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Edital, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Paulo – SP.

São Paulo, _____ de _____ de 2019.

Valdesir Galvão
CEO
AACD

Emanuel Toscano
Superintendente de Operações
AACD

AACD – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE

IVAN CATRIMASHO
GERENTE DE
SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chanmas Dib
Advogada AACD

Alexandre Reis Melo
Gerente de Operações

LEILA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD



ANEXO I

Modelo de Contrato do Edital nº 02/2019 – Convênio nº 869688/2018

Contrato de fornecimento de autoclave 560L (1 unidade) e cama hospitalar tipo fawler elétrica (7 unidades)

Pelo presente instrumento firmado de um lado pela AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente, com sede na Avenida Professor Ascendino Reis, nº 724 – Vila Clementino – São Paulo/SP, com CNPJ: 60.979.457/0001-11, neste ato representada pelo Superintendente Geral da AACD, o Sr. Valdesir Galvan, brasileiro, com RG: 1142368, SSP/SP e CPF: 425.397.229-20, simplesmente denominado Contratante, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXXXXXX, estabelecida (endereço completo, bairro) XXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXX, neste ato representada pelo seu representante legal, XXXXXXXXXXXXX, com RG: XXXXXXXX e CPF: XXXXXXXX, simplesmente denominada Contratada, fica justo e acertado o presente instrumento, na forma e termos que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Aquisição de Autoclave 560L (1 unidade): Autoclave Horizontal à Vapor - mínimo 560 Litros – com sistema de bomba de vácuo a seco (sem água). Equipamento com estrutura construída com perfis tubulares de aço inox AISI 304, conforme Norma Brasileira da ABNT NBR 11816:2003; Painéis externos confeccionados em chapa de aço inox AISI 304 com acabamento tipo escovado; Com opção para posicionamento direito ou esquerdo da câmara de esterilização; Câmara interna construída em chapas de aço inox AISI 316Ti de 8mm de espessura e estrutura de reforço, acabamento interno polido espelhado; Jaqueta/câmara externa fabricada com chapa de Aço Inox AISI 316Ti, Equipamento com câmara projetada para mínimo 3,5 BAR de pressão relativa, com válvula de segurança em aço inox AISI 316 calibrada e lacrada; Parte frontal da câmara de esterilização construída em um bloco único com as guarnições; Câmara interna com entradas para sensores de qualificação sendo uma conexão independente para entrada de sensores de temperatura e uma conexão para sensor de pressão; Porta com fechamento automático através de sistema pneumático, com sistema de segurança anti-esmagamento; Sistema eletrônico para abertura automática da porta em caso de obstrução; Sistema de bloqueio de abertura simultânea das duas portas; Guarnição das portas em silicone auto lubrificante, com sistema de injeção de ar comprimido para pressurização e depressurização a vácuo;

IVANI CAVALARI
GERENTE DE SUPRIMENTOS


Dra. Fernanda Chammas Dib
Advogada AACD

elo
Gerente de Operações

Fernando Salvador Toscano
Superintendente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD

ATA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos



Controlador eletrônico programável para o controle do ciclo, controle dos parâmetros, verificação da segurança do processo e garantia da repetibilidade do ciclo no tempo; Monitoração da temperatura através sonda PT100 Classe A para registro e controla o processo, leitura de pressão por transdutor de pressão digital na câmara interna para registro e controle do processo; Monitor Touch Screen colorido mínimo 7" para indicação das fases dos ciclos, alarmes, mensagens, F0, manutenção programada, limpeza automática do gerador de vapor, regulagem das sondas de temperatura, transdutores de pressão, visualização em tempo real das temperaturas e pressões de trabalho do equipamento, calibração das sondas de temperatura, transdutores de pressão, acompanhamento em tempo real do desenvolvimento do gráfico do ciclo de esterilização em andamento, possibilitar toda a operação, visualização e controle dos ciclos de esterilização, ligado diretamente ao sistema de controle para visualização de todas as condições de esterilização e pré-aquecimento; Impressora para registrar data, hora, F0, começo e fim de um ciclo, diagrama pressão/temperatura e todos os parâmetros fundamentais de esterilização; Alarme Falta da água, Falha de energia, Tempo máximo de fase, Pressão de Emergência, Temperatura de Emergência, Disjuntor Térmico, Erro de comunicação, Porta Aberta, Vapor não Saturado, Mínima Temperatura de Esterilização, entre outros; Controle dos ciclos com F0; Senha para mudar os parâmetros dos ciclos; Sistemas de aquecimento através de Gerador de vapor autônomo incorporado, construído inteiramente em aço inox AISI 316 isolado e revestido com chapas de alumínio, 4,0 BAR de pressão relativa, com resistências elétricas de aço inox AISI 316 blindadas; Sistema hidráulico totalmente construído em aço inox AISI 316L, conforme Norma Brasileira da ABNT NBR 11816:2003; Sistema de Bomba de vácuo a seco, sem água; Condensador de vapor localizado logo após o dreno da câmara até a bomba de vácuo; para realizar um resfriamento do líquido eliminado pela autoclave; Equipamento permite programar a temperatura da jaqueta na fase, a temperatura de aquecimento, rampa de temperatura em função do tempo, rampa de pressão, tempo de aquecimento para manutenção do set de aquecimento; Manutenção programada para os principais componentes, controlada pela máquina, com visualização através do Monitor; Tela de comando Touch Screen mínimo 7", instalado no lado de descarga da Autoclave; Dispositivo para redundância de segurança, para evitar a abertura da porta quando há pressão na câmara do equipamento; Acessórios inclusos: Carro externo de transporte em aço inox (02 unidades) – Carro interno em aço inox para carga(02 unidades) – Cesto modular compatível, em aço inox, para acondicionamento da carga (mínimo 16 unidades); Alimentação elétrica 220V/60HZ/Trifásico; Período de garantia, preferencialmente 02 anos, pelo fabricante; Manual do usuário em Português; Treinamento operacional; Registro Anvisa

Cama hospitalar tipo elétrica fawler (7 unidades): Cama Elétrica Hospitalar com 4 motores (DC), com leito construído em aço e superfície com pintura eletrostática, com

IVANI GONCALVES
GERENTE DE
SUPRIMENTOS

Alexandre Reis Melo
Gerente de Operações

Emanuel Salvador Toscano
Gerente de Operações

SILVIO CESAR INACIO
Engenharia Clínica
AACD



acabamento em pintura epóxi e tratamento anti ferrugem; Com cabeceira, peseira e grades laterais bipartidas confeccionadas em material termoplástico sem espaço entre as mesmas para que o paciente não possa sair do leito; Estrado articulado e subdividido em 4 seções, leito com variação da altura do estrado do leito entre abaixada, menor ou igual a 47 cm e elevada maior ou igual a 77 cm; Capacidade para pacientes com peso de no mínimo 200 kg; Medida interna da cama: largura máxima 90 cm e comprimento máximo 200 cm, a distância entre a parede e a cama deve permanecer a mesma quando elevar o Fowler – costas; Movimentos elétricos: Trendelenburg e reverso mínimo de +/-12 graus, elevação de joelhos/pernas até 25 graus, elevação de Fowler não inferior a 65 graus; Possuir posição vascular com ajuste manual para elevação dos pés; Possuir posição de cadeira cardíaca acionada através de controle elétrico; Cabeceira e peseira removíveis com função de tábua para massagem cardíaca; Controles elétricos de todas as funções do leito, áreas de pega vazadas na cabeceira e na peseira para a proteção das mãos durante o transporte da cama evitando o risco de acidente; Controle com teclado de membrana blindados localizados nas duas grades laterais do dorso para elevar/baixar Fowler, joelhos, base do leito e na parte externa da grade de proteção; Controle de subida/descida do Fowler e joelhos localizado na parte interna da grade de proteção, para controle do paciente; Possuir teclado de comando para o paciente, sem acesso ao movimento de altura da cama, para maior segurança; Possuir comando de bloqueio dos movimentos pela equipe assistencial, no lado externo das grades superiores; Possuir movimentos elétricos acionados por um único comando (Cabeceira, joelho, trendelenburg, reverso, altura); Suportes para bolsas coletoras; 04 soquetes para suporte de soro; Posição pré-programada através de um único botão em qualquer posição que o leito estiver para sistema de emergência para posição rápida de cardiopulmonar (CPR) e Alavanca de CPR, localizada abaixo da cabeceira nas duas laterais da cama, para destravamento mecânico (parada cardíaca respiratória) que permita que a cama fique na posição horizontal, com resposta rápida para procedimentos de emergência (quanto mais rápido melhor); Movimento de articulação dos joelhos acionado automaticamente no momento da elevação das costas, para que o paciente não deslize. Apoiada sobre quatro rodízios mínimo de 12 cm de diâmetro, freio mestre com travamento das 4 rodas, com travamento angular para facilitar a dirigibilidade da cama no transporte; com opção de acionamento de posições de bloqueio total, direção e movimento livre; Protetores contra impactos nos quatro cantos da cama, alimentação 127V ou Bivolt - 60Hz (com fusível de proteção) e acionamento dos movimentos no caso de falta de energia elétrica da rede através de bateria interna selada recarregável, com alarme de bateria baixa; Dimensões: comprimento total 215 cm (+/- 5%), largura com grades abaixadas ou elevadas menor que 100 cm; Indicador de ângulo de cabeceira embutido nas grades superiores em ambos os lados, com ênfase nos ângulos de 30 e 45 graus; Indicador de ângulo de

IVAN CATRINACHIO
GERENTE DE SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chammás Dib
Advogada AACD

Alexandra Peis Melo
Gerente de Operações

Emmanuel Salvador Toscano
Sup. Atendimento de Operações
AACD

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD

HEIA SOARES
Coordenadora de Suprimentos



Trendelemburg/reverso embutido nas grades inferiores em ambos os lados; Acionamento das grades com amortecimento através de pistão; Colchão de espuma monodensidade de alta qualidade; Cortes da Articulação/Contorno na base da espuma; anti-microbiano; Capa de Poliuretano; Com Capa de proteção durável; Espuma e Capa Bacteriostáticas; sem partes salientes, impermeável a líquido e isento de látex; Acompanha suporte de soro, manual de utilização e manual técnico com relação de peças para reposição; A cama deverá ter possibilidade de Instalação de Quadro Balcânico e Trapézio. A cama deverá atender a ABNT IEC 60601-2-52:2013. Deverá possuir classificação de proteção IPX4; Vida útil declarada da cama deverá ser preferencialmente de 10 anos; Garantia mínima 01(um) Ano; Deverá possuir registro Anvisa. RESUMO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Comprimento total: 215 cm (+/- 5%); Largura total: Maximo 100 cm; Comprimento do Estrado: 190 cm (+/- 5%); Largura do estrado: Maximo 90 cm; Carga Segura de Trabalho: 200 Kg; Altura mínima : 47 cm; Altura máxima : 80 cm; Ângulo de cabeceira: 0° a 65°; Ângulo de joelhos: 0° a 25°; Trendelemburg/Reverso: -12° para +12°; Rodas mínimas: 12,5 cm; Tensão: 127V ou Bivolt - 60Hz (com fusível de proteção)

1.2. Vincula-se ao presente contrato o edital AACD nº 02/2019 e seus anexos, bem como a proposta da contratada, os quais fazem parte desse instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das responsabilidades aqui assumidas, obrigam - se ainda a:

I – CONTRATANTE:

- acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto e o seu aceite;
 - efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos deste contrato;
 - não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a licitante vencedora;
 - prestar as informações, esclarecimentos e documentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, visando ao fiel cumprimento execução do Contrato;
- aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;

IVAN CATRINACHO
GERENTE DE
SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chamma Dib
Advogada AACD

Alexandre Paiva Melo
Gerente AACD

Roberto Toscano
Gerente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD



f) proceder a rigoroso controle de qualidade do produto recebido, recusando os que estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas nas propostas, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

II – CONTRATADA:

- a) entregar o objeto licitado pronto no prazo de até de **120 dias corridos** contados da assinatura do contrato.
- b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de funcionamento, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia;
- c) responder pelos vícios e defeitos do produto e assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato;
- d) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
- e) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- f) responsabilizar - se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- g) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, o que gerará sanções após análise da comissão.
- h) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- i) responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando - se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei;


IVAN MATRIMON
GERENTE DE
SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chammas Dib
Advogada - AACD

Alexandra Reis Melo
Gerente de Operações

Emanuel Salvador Teodoro
Superintendente de Operações

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD



- j) responsabilizar - se pelo recolhimento dos tributos que venham a incidir sobre o produto fornecido, reservando a Associação de Assistência à Criança Deficiente o direito de deduzir dos valores a serem pagos ao fornecedor, as quantias correspondentes aos tributos eventualmente não recolhidos;
- k) seguir as normas adequadas relativas ao transporte do produto quanto a embalagens, volumes e outros;
- l) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- m) o contratado se obriga a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto pactuado, para os servidores do CONCEDENTE do Convênio citado na cláusula 3.2 e dos órgãos de controle interno e externo, a fim de que, no exercício de suas atribuições, exerçam atividades de acompanhamento e fiscalização da execução do projeto, nos termos da Portaria Interministerial nº 424/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PRAZO DE PAGAMENTO

3.1. Dá-se a esse Contrato o valor total de R\$ XXXXX.

3.2. O recurso disponibilizado para essa aquisição refere-se ao convênio 869688/2018 do Ministério da Saúde.

3.3. O pagamento será feito após liberação do recurso, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente aceita, com emissão dentro do mês, através de transferência entre contas ou TED em até 28 (vinte e oito) dias, em nome da empresa e CNPJ da empresa contratada(o CNPJ deve ser idêntico ao do vencedor do certame e constante do contrato, serão consideradas diferentes e não serão aceitas Notas Fiscais com CNPJ de filiais), após a verificação da conformidade dos materiais pelo setor competente.

3.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será devolvida à Contratada, pelo gestor do contrato, e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

~~IVAN CATRIMAS
GERENTE DE
SUPRIMENTOS~~

Dra. Fernanda Chammas Dib
Advogada - AACD

Alexandra Rele Melo
Gerente de Operações

Emanuel Salvador Tr...
Superintendente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD



CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. Esse contrato vigorará a partir da data das assinaturas por 120 dias corridos.

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES

5.1 O descumprimento total do ajuste ensejará a incidência de multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

5.2 A inexecução parcial das obrigações assumidas pela Contratada ensejará multa de 10%(dez por cento) a 30%(trinta por cento) do valor do contrato.

5.3 O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de multa diária na seguinte conformidade:

- a) 0,2% ao dia do saldo não realizado para atrasos de até 30(trinta) dias;
 - b) 0,4% ao dia do saldo financeiro não realizado ultrapassado 30(trinta) dias de atraso
- A multa por atraso não ultrapassará 30% (trinta por cento) do valor total do ajuste.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser considerado rescindido independentemente de interpelação ou notificação judicial e mediante simples aviso por escrito, dado com 30 (trinta) dias de antecedência, de uma parte a outra conforme abaixo descrito:

6.1. Por iniciativa da CONTRATANTE:

- a) em caso de requerimento de recuperação judicial, falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
- b) em caso de inobservância na especificação do produto, recomendações e obrigações constantes desse Contrato;
- c) se a CONTRATADA não entregar os produtos no prazo previsto após ser notificada;

6.2. Se a CONTRATADA desobedecer as instruções ou ordens da CONTRATANTE, desde que previstas nesse contrato;

WALDIR CATRINACHO
GERENTE GERAL
SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chammas Dib
Advogada - AACD

Alexandre Reis Melo
Gerente de Operações

Emanuel Salvador T.
Superintendente de Operações
AACD

SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD



e) motivadamente mediante aviso por escrito com comprovação de recebimento, dado com 30 (trinta) dias de antecedência.

6.2. Por iniciativa da **CONTRATADA**:

- a) em decorrência da falta de pagamento dos produtos entregues regularmente;
- b) motivadamente mediante simples aviso por escrito, dado com 30 (trinta) dias de antecedência. Sendo que vai ser analisado pela Comissão Especial de Licitação, podendo estar sujeito a sanções contidas nas cláusulas terceira do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PERDAS E DOS DANOS

7.1. A parte que deixar de cumprir qualquer cláusula do presente contrato ficará obrigada a indenizar a outra pelas perdas e danos decorrentes de seus inadimplementos, podendo a parte prejudicada considerar simultaneamente rescindido o contrato, resguardadas outras sanções.


7.2. A tolerância por qualquer das partes na aplicação de sanções contratuais, no caso de infração por parte da outra, será considerada mera liberalidade, não podendo os precedentes ser alegados, em hipótese alguma, como renovação tácita do contrato, cujas cláusulas permanecerão sempre em pleno vigor.


CLÁUSULA OITAVA – DA NOVACÃO

8.1. A não utilização pelas partes de quaisquer dos direitos a elas assegurados nesse CONTRATO ou na lei em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções neles previstos, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição das partes, nesse CONTRATO, serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA NONA – DO COMPROMISSO

9.1. Para a execução desse contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar de



IVAN PATRINO
GERENTE DE
ARREMATO


Dra. Fernanda Chamkas Dib
Advogada - AACD


Alexandre Pele Melo
Gerente de Operações


Emanuel Salvador
Superintendente de Operações
AACD


SILVIO CESAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD


LEILA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos



quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, sejam de forma direta ou indireta quanto ao objeto desse contrato, ou de outra forma que não relacionada a esse contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Esse contrato é firmado em caráter irrevogável e irretroatável, e obriga, além das partes CONTRATANTES, seus sucessores, qualquer que seja a forma de sucessão, em todos os direitos e obrigações assumidas por força desse contrato.


10.2. As partes e seus respectivos signatários declaram, neste ato, que estes são os devidos representantes legais autorizados a assumir obrigações em nome das partes.


10.3. Este contrato representa o total entendimento entre as partes em relação à matéria aqui tratada, devendo prevalecer sobre quaisquer outros entendimentos pretéritos sobre a mesma matéria, sejam esses verbais ou escritos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.



IVAN CATHIMACHÓ
GERENTE DE
SUPRIMENTOS



Dra. Fernanda Chermas Dib
Advogada - AACD


Alexandra Reis Melo
Gerente de Operações


Emanuel Salvador Toscano
Gerente de Operações
AACD


SILVIS CÉSAR INÁCIO
Engenharia Clínica
AACD


LELA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos



E, assim ajustados e contratados, as partes assinam o presente, feito em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, ____ de _____ de 2019.

Valdesir Galvan
CEO
AACD

Emanuel Salvador Toscano
Superintendente de Operações
AACD

AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente
Representante

Empresa Representante

Testemunhas:

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

IVANI CONTRINACIO
GERENTE DE
SUPRIMENTOS

Dra. Fernanda Chammas Dib
Advogada - AACD

Alexandra Reis Melo
Gerente de Operações

LEIA SOARES
Coordenadora de
Suprimentos

SILVIO CESAR INACIO
Engenharia Clínica
AACD